Стандартен разтвор на буфер на сертифицирани референтни материали (CRM) с pH 4,005, IUPAC, 500 mL

Продукт №: **S11M002**

BGN Цена: Свържете се с нас
Налично

Сертифициран референтен материал (CRM) съгласно EN ISO 17034

Стандартен разтвор на буфер за pH по IUPAC на сертифицирани референтни материали (CRM) съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) със сертификат на анализа*, отчитащ точна стойност на буфера за pH. Проследяемост до pH скалата по IUPAC и NIST. Гарантиран срок на годност благодарение на херметически затворен опаковъчен плик. Безцветен разтвор на буфер за pH. pH е 4,005 ± 0,010 (k = 2) при 25°C, 500 mL бутилка.

*Налично за изтегляне от www.hach.com/CoA.

Акредитиран производител на референтни материали
Hach е акредитирана от германския орган по акредитирането DAkkS като регистриран производител на референтни материали съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Лабораторията за калибриране на Hach, разположена в Берлин, е регистрирана съгласно DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

Напълно проследяеми стандарти
Използването на стандарти, произведени от акредитиран производител на референтни материали, осигурява пълна сигурност при веригата на проследяемост и изчислените неопределености. Всички стандарти са формулирани в съответствие със спецификациите на NIST и IUPAC.

2 години гарантиран срок на годност
Всеки стандарт се доставя в херметически затворен алуминиев опаковъчен плик, което гарантира безопасно съхранение.

До първото отваряне сертифицираната стойност се гарантира за 2 години от датата на издаване на сертификата.

Изтегляне на сертификат
Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат на анализа, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach.

Доказана проследимост
Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат за съответствие и проследимост, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach. Използването на стандартни буфери за pH, произведени от акредитирана лаборатория, Ви осигурява пълна сигурност при проследяването по веригата на проследимост и изчислените неопределености.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
pH стойност (и):	4,005 ±0,010 pH при 25°C
Бележка под линия:	[1]C изключение на pH 7,000, формулирано от нас в съответствие с NIST, IUPAC и DIN19266 спецификациите за pH 6,865 и pH 7,413

	[2]Dansk Fundamental Metrologi A/S е акредитиран да извършва pH измервания от датския Фонд за акредитация и метрология (Danish Accreditation and Metrology Fund) (DANAK)(№ 255)
Кодиран цвят?:	не
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Реагент за калибриране с буфер за pH
Параметър:	pH
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)