1408 µS/cm стандартен разтвор за проводимост на сертифицирани референтни материали (CRM) по OIML, 0,01 D KCl, 500 mL

Продукт №:	**S51M003**
BGN Цена:	Свържете се с нас
Налично	

Сертифициран референтен материал (CRM) съгласно EN ISO 17034

Стандартен разтвор за проводимост на сертифицирани референтни материали (CRM) съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) със сертификат на анализа*, отчитащ точна стойност на проводимост. Гарантиран срок на годност благодарение на херметически затворен опаковъчен плик. 0,01 демал калиев хлорид (KCl) – проводимост: 1408 µS/cm ± 0,5% (k = 2) при 25°C, 500 mL бутилка.

*Налично за изтегляне от www.hach.com/CoA.

Акредитиран производител на референтни материали
Hach е акредитирана от германския орган по акредитирането DAkkS като регистриран производител на референтни материали съгласно DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Лабораторията за калибриране на Hach, разположена в Берлин, е регистрирана съгласно DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Напълно проследяеми стандарти
Използването на стандарти, произведени от акредитиран производител на референтни материали, осигурява пълна сигурност при веригата на проследяемост и изчислените неопределености. Сертифицирани стандарти за проводимост са подготвени и калибрирани съгласно демалната скала, утвърдена от Международната организация за законова метрология (OIML – препоръка № 56).

2 години гарантиран срок на годност
Всеки стандарт се доставя в херметически затворен алуминиев опаковъчен плик, което гарантира безопасно съхранение.

До първото отваряне сертифицираната стойност се гарантира за 2 години от датата на издаване на сертификата.

Изтегляне на сертификат
Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат на анализа, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach.

Доказана проследимост
Всеки стандарт разполага със свой собствен сертификат за съответствие и проследимост, наличен за изтегляне от уебсайта на Hach. Използването на стандарти, произведени от акредитирана лаборатория, ви осигурява пълна сигурност при проследяването по веригата на проследимост и изчислените неопределености.

Спецификации

NIST проследимост:	Да
Package settings:	Бутилка
Бележка под линия:	[1]С изключение на pH 7,000, формулирано от нас в съответствие с NIST, IUPAC и DIN19266 спецификациите за pH 6,865 и pH 7,413

	[2]Dansk Fundamental Metrologi A/S е акредитиран да извършва pH измервания от датския Фонд за акредитация и метрология (Danish Accreditation and Metrology Fund) (DANAK)(№ 255)
Концентрация:	1408 µS/cm ±0,5 % при 25°C
Обем / опаковка, размер:	500 mL
Описание:	Conductivity calibration solution
Параметър:	Проводимост
Платформа:	Разтвор
Условия на съхранение:	10 – 25°C (защита от светлина)
Формула:	KCl